

До
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ

в обществена поръчка с предмет:
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на спринцовкови помпи за инфузионни вливания за нуждите на МБАЛ „НКБ“ ЕАД,
разкрита с Решение № 139/28.04.2017г. на изпълнителния директор на МБАЛ "НКБ" ЕАД

на вниманието на:
изпълнителните директори/управителите
на потенциалните участници

относно: запитване по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на спринцовкови помпи за инфузионни вливания за нуждите на МБАЛ „НКБ“ ЕАД“, разкрита с Решение № 139/28.04.2017г. на изпълнителния директор на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Уважаеми дами и господа,
На 04.05.2017г. в МБАЛ „НКБ“ ЕАД е получено искане за разяснение, заведено в деловодството с вх. № 7000-1712 от същата дата, с което се искат разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на спринцовкови помпи за инфузионни вливания за нуждите на МБАЛ „НКБ“ ЕАД“, разкрита с Решение № 139/28.04.2017г. на изпълнителния директор на МБАЛ "НКБ" ЕАД, а именно:

Въпрос 1:

Алармена система	Графична (текстова), светлинна и звуково кодирана алармена система с възможност за разграничаване на различните предварителни или алармени събития от разстояние не по-малко от 5 метра. Регистър на алармените събития и възможност за запаметяване.
------------------	---

„1. Как точно ще се определи дали различните събития са различни от разстояние минимум 5 метра?“

На основание чл. 189 от ЗОП на въпроса в писмото отговаряме, както следва:

Отговор:

Изискването за наличие на графична (текстова), светлинна и звуково кодирана алармена система с възможност за разграничаване на различните предварителни или алармени събития е необходимо, предвид нуждата медицинските екипи лесно и бързо да разграничават вида на предварителното, както и съответно вида на аларменото

събитие въз основа на различните видове графични (текстови), светлинни и звукови сигнали.

Изискването алармените сигнали да бъдат различни от разстояние минимум 5 метра е необходимо предвид нуждата медицинските екипи да могат своевременно (бързо и от разстояние) да възприемат съответните алармени сигнали.

По отношение на конкретния въпрос как точно ще се определи дали различните събития са различни от разстояние минимум 5 метра, възможностите са две:

1. Тази функционална характеристика да е описана в техническата документация на производителя или

2. Назначената от Възложителя комисия да се възползва от предвидената в документацията възможност да изиска мостра на предлагания продукт и да установи наличието на тази характеристика посредством експериментално тестване на мострата.

Въпрос 2:

Възможност за комуникация	Наличие на система за централизирано управление, контрол и мониторинг на минимум 4 до 8 устройства, с възможност за комбиниране с волуметрични инфузионни помпи.
---------------------------	--

„2. Описаната система за централизирано управление, контрол и мониторинг представлява допълнително оборудване, което не е предмет на настоящата поръчка и е съвместимо само със съответния модел инфузионни помпи на всеки отделен производител.

Разполага ли болницата с такова оборудване и ако да на кой производител и за какъв модел помпи?”

На основание чл. 189 от ЗОП на въпроса в писмото отговаряме, както следва:

Отговор:

Изискването на Възложителя е предлаганите продукти да притежават като функционална характеристика възможността (опцията) да бъдат включвани минимум 4 до 8 устройства (в т.ч. в комбинация с волуметрични инфузионни помпи) към система за централизирано управление, контрол и мониторинг.

С оглед равнопоставеност на участниците, Възложителят няма изискване за съвместимост на предлаганите продукти с конкретна система за централизирано управление, контрол и мониторинг.

Предвид горното, конкретният въпрос относно наличие при Възложителя на такова оборудване, е неотносим към условията на обществената поръчка.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/проф. д-р М. Станкѐв



София 1309, ул. Коньовица 65

Секретариат тел. 9211 410; Зам. Директор по ИВ тел. 9211 201; Факс 9217 145